

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Grini næringspark 13
1361 ØSTERÅS

Vår ref.: 25/00444-19

Dato: 15. september 2025

Høring om endringer i strålevernforskriften knyttet til persondosimetritjenester og medisinsk strålebruk

Det viser til mottatt høring 6 juni 2025: «Høring om endringer i strålevernforskriften knyttet til persondosimetritjenester og medisinsk strålebruk»

Strålevernorganisasjonen på UIS som bruker røntgen, har lest igjennom forlag til revisjon av FOR-2016-12-16-1659 Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) som ligger i mottatt høringsnotat og støtter forslag til endingene som er foreslått, i sin helhet. Vi kommenterer på en presisering av doseføringen i §40 a.

§ 10 a Godkjenning av persondosimetritjenester

For vår virksomhet er det viktig at persondosimetertjeneste er standardisert, fungere best mulig. Vi vil derfor presiser at vi støtter foreslått formulering til §10 a Andre avsnitt

Godkjenning gis kun til persondosimetritjenester som er akkreditert etter ISO 17025 av et nasjonalt akkrediteringsorgan eller som på annen måte kan dokumentere at de oppfyller kravene i ISO 17025 eller tilsvarende standarder.

Dette med tanke på at det kan komme andre bestemmelser som kan ha sterkere hjemmel enn hva ISO 17025 standarden har.

§ 40 a Doseføringer som grunnlag for optimalisering av strålevernet

I vår virksomhet utføres det forskning ved bruk av røntgen (iDXA). Vi vil poengtere at det er viktig å få doseføringer regulert inn i forskriftens form som foreslått i §40a Andre avsnitt

Ved stråleeksponering innen forskning skal en regional etisk komite, på bakgrunn av retningslinjer gitt av DSA, sette doseføringer for friske frivillige personer som ikke forventes å få noen direkte medisinsk fordel av eksponeringen.

Vi mene også at doseføringene bør differensieres etter alder, slik at voksne, ungdom og barn får tilpassede stråledoser basert på fysiologiske forskjeller og toleranse.

For strålevernorganisasjonen på UIS.

Med hilsen

Kirsti Dahl Jensen
Sentral Strålevernkoordinator

Saksbehandler: Kirsti Dahl Jensen, tlf.: 51831295

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi til: Avdeling for konservering v/Hege Ingjerd Hollund; Institutt for energi- og petroleumsteknologi
v/Kim Andre Nesse Vorland